

# Rozvoj technologické platformy NZIS

# Program statistických zjišťování

# Ministerstva zdravotnictví

# na rok 2017

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  
Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity  
Společné pracoviště

# Metodický návod k vyplnění výkazu T (MZ) 1-01

## ROČNÍ VÝKAZ O PŘÍSTROJOVÉM VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ



# T (MZ) 1-01 – Změny výkazu pro rok 2017

- Ze sběru dat byly **vyloučeny zpravodajské jednotky DRZAR 010**, veškerou přístrojovou techniku vykazují samostatně zařízení (jednotlivá PČZ) poskytující zdravotní péči s ohledem na skutečné umístění přístroje.
- Doplnění informace o využitelnosti zaškrťovacího pole pro odevzdání prázdného výkazu. Lze **zaškrtnout i z důvodu ukončení činnosti**, pokud v průběhu sledovaného roku neprováděl na přístrojích výkony, nebo je vč. přístrojů vyazuje jiný provozovatel tohoto zařízení.
- Nově byl doplněn sloupec 5, který eviduje počty vyřazených přístrojů oproti 31. 12. předchozího roku. **Tento sloupec musí být vyplněn v řádcích, kde jsou vyplněny hodnoty v předchozích sloupcích. Může však být vyplněn i samostatně, pokud byly v průběhu roku vyřazeny všechny přístroje daného druhu (řádku).**
- Byla nově doplněna nápověda ke sloupci 4: **„Výkony lze uvádět i samostatně s nulovým počtem přístrojů. Způsob vykazování výkonů u sdílených přístrojů je podrobně popsán v pokynech výkazu.“**
- Došlo k převedení přílohy pod výkaz E (MZ) 1-01.



# Obsah školení k výkazu T (MZ) 1-01 (dále „T1“)

- 1. Odevzdání prázdného výkazu T1**
- 2. Vyplnění počtu evidovaných přístrojů (rozlišení dle stáří, nulové hodnoty, ostatní nákladné přístroje)**
- 3. Vyplnění počtu provedených výkonů (výkony bez přístrojů a přístroje bez výkonů)**
- 4. Zkrácený výkaz pro vybrané poskytovatele (DRZAR 322, 323 a 390)**
- 5. Komentář a odevzdání výkazu T1**



# 1. Odevzdání prázdného výkazu T1

- V případě, že daná zpravodajská jednotka neviduje, nevlastní, neprovozuje ani nevyužívá žádnou v metodice výkazu specifikovanou zdravotnickou techniku, je nutné zaškrtnout pole pro potvrzení této informace.
- Zaškrtnutím pole pro odevzdání prázdného výkazu se automaticky zneplatní veškeré řádky výkazu (ř. 11 až 87) a lze následně odeslat prázdný výkaz a vyloučí se tak mylné odevzdání nevyplněné přístrojové části výkazu.
- Důvodem nutnosti odevzdání prázdného výkazu je ze strany ÚZIS ČR zajištění zákonné evidence o **plnění statistické povinnosti**, ze které nelze vyloučit ani poskytovatele, kteří sledované přístroje na výkaze T1 nevyužívají.
- Za splnění statistické povinnosti se považuje i odevzdání prázdného výkazu, pokud takto odevzdaný stav výkazu odpovídá skutečnosti.



## 2. Vyplnění počtu evidovaných přístrojů

- Do sloupců 1-3 se uvádějí počty přístrojů v evidenci zpravodajské jednotky resp. poskytovatele k 31. 12. sledovaného roku.
- Vyplňují se pouze řádky, jejichž metodický popis odpovídá přístrojové technice v evidenci zpravodajské jednotky.
- Detailní pravidla pro vykazování přístrojové techniky s ohledem na režim jejich provozu a sdílení s dalšími poskytovateli je uveden v pokynech výkazu T1.
- Pokud je uveden číselný údaj v kterémkoliv sloupci 1-4, je nutné vyplnit celý příslušný řádek, a to včetně nulových hodnot.
- K celkovým počtům vykazovaných přístrojů v příslušných řádcích je nutné uvést rozdělení dle stáří, tj. kolik z nich je nově zakoupených ve sledovaném roce (sl. 2) a kolik z nich je starších než 8 let včetně (sl. 3).
- Při sdílení přístrojů s více poskytovateli je nutné zajistit, aby byly všechny přístroje dané definice vykázány pouze jednou zpravodajskou jednotkou, nikoliv duplicitně.
- Ostatní přístrojová technika v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč bez příslušenství se nově eviduje souhrnně na řádku 99, kde lze v odpovídajícím případě též uvést nulovou hodnotu.



### 3. Vyplnění počtu provedených výkonů

- Do 4. sloupce se uvádějí počty provedených výkonů v průběhu sledovaného roku prostřednictvím daného druhu přístroje dle metodické definice řádku výkazu.
- Vyplňují se i počty provedených výkonů na přístrojích, které na konci roku již nejsou v evidenci nebo jsou dle pravidel sdílení přístrojů v evidenci jiné zpravodajské jednotky.
- Formulář z výše uvedeného důvodu umožňuje vykázat výkony v řádku s nulovým počtem přístrojů, „0“ je nutné ve sl. 1-3 uvést.
- Naopak je možné a nutné vyplnit nulový počet výkonů k přístrojům, které daná zpravodajská jednotka v daném roce nevyužila.
- Při sdílení přístrojů s více poskytovateli je nutné zajistit, aby byly všechny výkony provedené prostřednictvím daného přístroje vykázány, ale odpovídající zpravodajskou jednotkou, která je prováděla, případně v zastoupení, pokud druhý poskytovatel výkaz T1 nevyplňuje, nikoliv však duplicitně.



## 4. Zkrácený výkaz pro vybrané poskytovatele

- **Praktický zubní lékař (DRZAR 322)**  
vykazuje pouze zubní RTG přístroje v řádcích 33-35 a lasery na řádku 76.
- **Praktický lékař gynekolog (DRZAR 323)** vykazuje pouze mamografické RTG přístroje v řádcích 29-30, ultrazvukové přístroje v řádcích 54-59, lasery ř. 76 a kardiokardiografy na řádku 87.
- **Hemodialyzační střediska (DRZAR 390)**  
vykazují na řádku 71 pouze hemodialyzační přístroje a analyzátory na řádku 70.





## 5. Komentář a odevzdání výkazu T1

- Do komentáře se nově již nemusí uvádět výčet nákladné zdravotnické techniky v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč. Úhrnný počet těchto přístrojů se uvádí do sloupce 1 řádku 99.
- Do komentáře se uvádí doplňující informace upřesňující vykázané údaje dle popisu v pokynech výkazu, jeho kapacita je omezena na 100 znaků.
- Povinně je vždy nutné před odesláním formuláře vyplnit kontaktní údaje (jméno, email bez mezer, telefon).
- Po řádném vyplnění formuláře výkazu T1 je nutné stisknout tlačítko odeslat.
- Po řádném odeslání a přijetí vyplněného výkazu centrálním úložištěm výkazů (CUV) je automaticky zasíláno potvrzení mailem na adresu poskytovatele.



# Podpora sběru výkazu T (MZ) 1-01

## 1. Metodické pokyny k vyplnění výkazu T (MZ) 1-01:

<http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017#T>

- T101 - Pokyny pro vyplňování
- T101 - Roční výkaz

## 2. Pracovníci pro metodickou podporu v krajích

<http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste>

## 3. Technická podpora – IT helpdesk

Telefon: +420 222 269 999

e-mail: [helpdesk.registry@uzis.cz](mailto:helpdesk.registry@uzis.cz)

## 4. Metodická podpora – Odbor správy dat ÚZIS ČR

Telefon: +420 222 269 998, +420 222 269 884

e-mail: [helpdesk@uzis.cz](mailto:helpdesk@uzis.cz)

## 5. Metodik výkazu – metodická a odborná podpora:

Ing. Jan Žofka

e-mail: [Jan.Zofka@uzis.cz](mailto:Jan.Zofka@uzis.cz)

tel.: 22497 2880



## Doplňující poznámky:

- Upozorňujeme na funkční a vizuální rozdíly mezi on-line a off-line verzí elektronického formuláře výkazu.
- On-line formulář nemá odkaz na metodiku v levé části ani nápovědu v pravé části výkazu a je rizikovější na ztrátu dat během vyplňování.
- Stisknutím zaškrtačovacího pole (ř. 10) v úvodu výkazu dojde k vynulování vyplněných údajů!
- Výkaz je možné odevzdat také formou odeslání exportu dat do souboru v XML formátu.

